

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Bennett Little <benlittle@facetedproducts.com>
Date : 11 mai 2020, 15 h 41
À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Objet : Suivi des nouvelles du 11 mai 2020

Bonjour Chelsea, j'espère que vous avez passé un beau week-end.

Il y a peu de nouvelles sur les faits entourant le dernier lot de produits défectueux. Sans parler de la pertinence (sic) de la licence d'établissement pour les instruments médicaux (LEIM), je propose l'information suivante, d'après ce que je connais de la manière dont les choses fonctionnent en Chine.

En supposant que votre fournisseur a une réputation crédible, il semble évident :

- **qu'aucune inspection de la qualité n'a été faite par un laboratoire agréé (comme SGS)**
- **que personne n'était sur place pour superviser la fabrication et l'emballage.**

Je suppose qu'un seul lot a été expédié. Si c'est le cas, comme certains masques ont été jugés satisfaisants (d'après l'article), il y a deux conclusions possibles :

- 1) votre fournisseur a fait affaire avec de multiples fournisseurs;**
- 2) ou c'est son fournisseur privilégié qui l'a fait.**

Enfin, s'il s'agissait de masques N95 certifiés par le NIOSH, il n'y a alors que quatre usines agréées en Chine qui fabriquent ce produit, comme je vous l'ai déjà dit. Il est donc évident que votre fournisseur n'a pas commandé la quantité totale auprès d'un seul de ces fournisseurs. S'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu de problème (sauf si quelqu'un avait « échangé » le produit en cours de route au point d'embarcation).

Bennett