

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Clamoureux <clamoureux@thermo-shield.ca>
Date : 28 avril 2020, 15 h 21
À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Objet : Fwd : RE : TR : Masque de procédure 3 plis Thermo-Shield
Pièces jointes : 1.2.msg

Bonjour, Voir le texte ci-dessous, merci.

De: Bertha Myrthil (bmyrthil@sigmasante.com)
Date: 27/04/2020 15:45
À: Clamoureux (clamoureux@thermo-shield.ca)
Objet: **RE: TR: Masque de procédure 3plis Thermo-Shield**

Bonjour,

Le produit est conforme voir ci-joint

Merci

Bertha Myrthil
Spécialiste en procédés administratifs — Appel aux marchés
Direction des opérations
SIGMASANTÉ
2953 rue Bélanger, bureau 202
Montréal (Québec) H1Y 3G4
T 514-376-5600 #2225
F 514-376-5232
bmyrthil@sigmasante.com
www.sigmasante.com

De : Clamoureux <clamoureux@thermo-shield.ca>
Envoyé : 27 avril 2020 14:55
À : Bertha Myrthil <bmyrthil@sigmasante.com>
Objet : Re: TR: Masque de procédure 3plis Thermo-Shield

Alto Madame Myrthil

avez vous regardez si le documents est correct j'ai pas reçu

votre confirmation pour le Masques IRR

MERCI

Message reçu

De: Bertha Myrthil (bmyrthil@sigmasante.com)

Date: 24/04/2020 13:45

A: clamoureux@thermo-shield.ca

Objet: **TR: Masque de procédure 3plis Thermo-Shield**

Bonjour monsieur Lamoureux,

Voir le courriel ci-dessous.

Merci

Bertha Myrthil
Spécialiste en procédés administratifs — Appel aux marchés
Direction des opérations
SIGMASANTÉ
2953 rue Bélanger, bureau 202
Montréal (Québec) H1Y 3G4
T 514-376-5600 #2225
F 514-376-5232
bmyrthil@sigmasante.com
www.sigmasante.com

De : Adriana Miclaus <amiclaus@sigmasante.com>

Envoyé : 24 avril 2020 13:27

À : Bertha Myrthil <bmyrthil@sigmasante.com>

Objet : Masque de procédure 3plis Thermo-Shield

Bonjour Bertha,

Pour les masques de procédure 3 plis de Thermo-Shield.

Ils ont le test pour Type IIR selon la norme EN 14683 qui est ok.

I manque le test PFE (particules filter efficiency) que cette norme n'évalue pas, par contre pour la COVID-19 nous avons besoin de l'avoir pour bien distribuer le masque selon son niveau de protection.

A compléter si possible,

Merci,

Adriana Miclaus
B.Sc., M.Sc, Gestion et développement des organisations
Coordonnatrice Secteur Clinique - Direction des opérations
SIGMASANTÉ
2953 rue Bélanger, bureau 202
Montréal (Québec) H1Y 3G4
T 514-376-5600 #2217
F 514-376-5232

Cell 514-617-4368
amiclaus@sigmasante.com
www.sigmasante.com

AVIS : Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l'information privilégiée, confidentielle et/ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Tout autre lecteur est prié de noter qu'il est strictement interdit d'en divulguer le contenu, de le distribuer, copier ou utiliser. Toute personne à qui il parvient par mégarde est priée de l'effacer et de nous en avvertir par téléphone (514-376-5600).

NOTICE : This e-mail message is intended only for the named recipient(s) above and may contain information that is privileged, confidential and/or exempt from disclosure under applicable law. Any other party is put on notice that unauthorized disclosure, distribution, copying or use of this information is strictly prohibited. If you receive it in error, please delete this e-mail message and advise us immediately by telephone (514-376-5600).