

## Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

---

**De :** Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC)  
**Envoyé :** 26 mars 2020 à 11 h 35  
**À :** Murdock, Kelly (SPAC/PSPC)  
**Objet :** TR. : URGENT TR : Tissu

Avons-nous une définition pour la qualité chirurgicale?

### **Dove Parmar**

Special Assistant - Ontario | Adjoint spécial - Ontario  
Office of the Honourable Anita Anand | Cabinet de l'honorable Anita Anand  
Public Services and Procurement Canada | Services publics et Approvisionnement Canada  
[dovejot.parmar@canada.ca](mailto:dovejot.parmar@canada.ca)

**De :** Gary Gladstone [<mailto:GGladstone@reena.org>]  
**Envoyé :** 26 mars 2020 à 11 h 28  
**À :** Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <[dovejot.parmar@canada.ca](mailto:dovejot.parmar@canada.ca)>; P\_\_\_\_  
**Objet :** URGENT TR. : Tissu

L'Agence de la santé publique nous cause du chagrin à propos des masques et des blouses en insistant sur le fait que le tissu doit être de « qualité chirurgicale », pourtant, elle ne nous spécifie nulle part en quoi consiste cette qualité. Pouvez-vous m'aider? Nous pouvons obtenir du tissu, nous avons juste besoin de connaître les bonnes spécifications et nous avons besoin de savoir MAINTENANT QUI peut nous aider et où trouver de l'aide, car aucun membre du Cabinet du premier ministre n'a rappelé.  
Gary

**De :** Sheila (Miller) Lampert <[SLampert@reenafoundation.org](mailto:SLampert@reenafoundation.org)>  
**Envoyé :** Jeudi 26 mars 2020 à 11 h 13  
**À :** Gary Gladstone  
**Objet :** Tissu

Si nous définissons les spécifications, nous serons en mesure de trouver le tissu pour répondre aux besoins

1. Type et composition, c'est-à-dire polyester/coton 50/50
2. Nombre de fils
3. Contexture
4. Fils par pouce
5. Poids

Envoyé depuis mon iPhone