



***MODIFICATION – Ajout d’une composante	
Application Information/Information de soumission	
*Licence Name/Nom de l’homologation : ELECSYS ANTI-SARS-COV-2	Application Number/Numéro de soumission 314982
Licence #/# de l’homologation : 0	Application Type/Type de soumission : Arrêté d’urgence
Manufacturer/Fabricant : Roche Diagnostics GmbH	Company ID/Numéro d’entreprise : 114999
Classe de risque : 4	Justification : Les instruments d’essai sérologiques et nucléiques pour la COVID-19 sont des instruments médicaux de classe IV selon l’annexe 1, partie 2, règle 2(a)
*Licence Type/Type d’homologation : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">test kit</div>	Justification :
<input type="checkbox"/> Contains Controlled Substance(s) <input type="checkbox"/> Contains Drug(s) <input type="checkbox"/> Contains Biological Material(s)	
Il s’agit d’une soumission pour modifier l’AU 314982 Ajout de : PreciControl Anti-SARS-CoV-2 (identifiant 09216928190)	

OEM Renseignements sur l’homologation	
OEM Nom de l’homologation :	OEM Fabricant :
OEM Utilisation prévue et/ou indications :	

Raison de la modification		Commentaires
Modification de la classification de l’instrument	<input type="checkbox"/>	
Modification du nom du fabricant	<input type="checkbox"/>	
Modification du nom de l’homologation	<input type="checkbox"/>	
Modification du nom de l’instrument	<input type="checkbox"/>	
Modification de l’objet ou de l’indication de l’homologation	<input type="checkbox"/>	
Ajout d’un ou de plusieurs instruments	<input type="checkbox"/>	
Retrait d’un ou de plusieurs instruments	<input type="checkbox"/>	

Raison de la modification		Commentaires
Modification du nom et/ou de l’adresse du fabricant de marque privée	<input type="checkbox"/>	
Modification du nom de l’homologation de marque privée	<input type="checkbox"/>	
Modification du nom de l’instrument de marque privée	<input type="checkbox"/>	
Ajout d’un ou de plusieurs instruments	<input type="checkbox"/>	
Retrait d’un ou de plusieurs instruments	<input type="checkbox"/>	



Liste de contrôle pour l'examen du certificat :

PAUMM Certificat préalablement validé

N° de certificat (nouveau) :	Révisions apportées au certificat/commentaires (le cas échéant) :
N° de certificat (ancien) :	
Remplacement d'un certificat existant dans le dossier (O/N) :	

Critères	Conforme	Commentaires et renseignements à l'intention de la SMM
Le nom complet du fabricant tel qu'il apparaît sur la demande/l'homologation et l'étiquette figure sur le certificat délivré.	<input type="checkbox"/>	
L'adresse municipale complète telle qu'elle apparaît sur la demande/l'homologation et l'étiquette figure sur le certificat délivré.	<input type="checkbox"/>	
Les critères sont ceux de la norme ISO 13485:2016 et du <i>Règlement sur les instruments médicaux – Partie 1 – DORS/98-282</i> .	<input type="checkbox"/>	
Les activités visées se limitent à la conception, au développement, à la fabrication, à la production, à l'entretien, à l'installation ou à la distribution.	<input type="checkbox"/>	
Les activités comprennent la « fabrication » ou la « production ». Les activités comprennent la « conception » ou le « développement » pour les instruments de classe III ou IV.	<input type="checkbox"/>	
La portée n'est pas ambiguë, et elle s'applique aux instruments visés par la demande/l'homologation. Il n'y a pas de nom, de modèle ou de numéro d'homologation de produits.	<input type="checkbox"/>	
Organisme d'audit autorisé ou reconnu.	<input type="checkbox"/>	Choisir un élément.
Déclaration d'autorisation ou de reconnaissance.	<input type="checkbox"/>	
Champ portant la désignation « Date d'entrée en vigueur ».	<input type="checkbox"/>	
Champ portant la désignation « Date d'expiration ».	<input type="checkbox"/>	
Période de validité ≤ 3 ans.	<input type="checkbox"/>	



Code d'identification unique portant la désignation « numéro de certificat » ou « numéro du document de certification ».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nouveau <input type="checkbox"/> révisé
Nom, titre et signature de l'autorité de certification.	<input type="checkbox"/>	
Pagination (page x de y) sur toutes les pages. Toutes les pages sont présentes.	<input type="checkbox"/>	
Méthode de vérification de la validité.	<input type="checkbox"/>	

Décision de l'examen préalable	
<input type="text" value="ACCEPT"/>	
<input type="text" value="Roula Sifakis Vogel"/>	Date : 22 juillet 2020
Division des services d'homologation (DSH) Bureau des matériaux médicaux	



Check GMDN

Nom de GMDN	GMDN Code	Description de la GMDN	Points étudiés	Mesure du responsable de l'examen	Mesure réglementaire	Documents de référence
-------------	-----------	------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------------	------------------------